SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0064159

DATA: 27/09/2018

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell'art. 216 comma 9 Dlgs 50/2016.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Orzi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0064159_2018_Lettera_firmata.pdf:	Orzi Silvia	3EEED162C12BE01A5C5B3A9D0548B350287ED082E692BA9891B1C5DE68F189E1

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Servizio Ingegneria Clinica

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell'art. 216 comma 9 Dlgs 50/2016.

L'Azienda USL di Parma, con sede in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A, tel. 0521/704188, indirizzo di posta elettronica referente mfrattaruolo@ausl.pr.it indirizzo internet www.ausl.pr.it, ha la necessità di acquisire n.1 monitor multiparametrico per camera iperbarica, entro la scadenza ed alle condizioni disciplinate nella lettera di invito che verrà successivamente trasmessa.

Breve descrizione dell'appalto:
importo a base d'asta presunto € 20.490,00 IVA eslusa;
Caratteristiche tecniche indispensabili, da intendere ed interpretare in coerenza con art. 68 del dlgs 50/2016

- Adatto per pazienti adulti e pediatrici
- Parametri fisiologici rilevati: ecg, SpO2, pressione non invasiva, invasiva ed EtCO2
- dotato di allarmi visivi ed acustici programmabili
- con ampio display
- dotato di batterie ad elevata autonomia e relativo caricabatterie
- dotato di stampante a bordo macchina
- corredato di certificazione in corso di validità che attesti essere stato progettato, costruito ed appunto certificato per l'utilizzo specifico all'interno di camera iperbarica

data dell'avviso:27/09/2018

Altre eventuali informazioni:

La procedura verrà espletata mediante sistema telematico sul il portale www.intercent-er.it. Pertanto le ditte interessate dovranno essere abilitate ed iscritte alla specifica categoria merceologica relativa alla presente procedura (Z120302 - STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI), al portale sopra specificato.

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di gara dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le h. 12:00 del giorno 08/10/018 all'indirizzo pec: **serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it**

Matteo Frattaruolo
Servizio Acquisizione Beni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Firmato digitalmente da:

Silvia Orzi

Responsabile procedimento:
Matteo Frattaruolo

Matteo Frattaruolo
Servizio Acquisizione Beni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343