

**SCHEDA DI SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE  
DEL D.Lgs. 81/2008, TITOLO X**

**LABORATORI DI ANALISI**

**Misure preventive e protettive**

**3** *Il datore di lavoro ha messo in atto le misure preventive, organizzative e procedurali?*

**3.1.3** Sono adottati idonei **dispositivi tecnici** volti a minimizzare il rischio di contaminazione durante l'esecuzione di manovre a rischio?

**a)** Nei laboratori che comportano *l'uso deliberato* di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 il datore di lavoro ha adottato le *misure di contenimento* previste dall'*allegato XLVII*, pari ad almeno il 2° livello per agenti di gruppo 2, al 3° per quelli di gruppo 3 e al 4° per agenti di gruppo 4 (allegato 1)?

SI NO

**b)** Nei laboratori che comportano *esposizione potenziale* ad agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 il datore di lavoro ha adottato le *misure di contenimento* previste dall'*allegato XLVII*, pari ad almeno il 2° livello di contenimento (allegato 1)?

SI NO

**c)** Nella scelta di strumenti e attrezzature si è tenuto conto dei principi di biosicurezza (allegato 2)?

SI NO

**d)** Le cabine di sicurezza sono presenti (allegato 2 e 3)? SI NO

**d.1.** sono di classe adeguata? SI NO

**d.2.** sono normofunzionanti e sottoposte ad un programma di manutenzione adeguato?

SI NO

**d.3.** le attività di manutenzione sono precedute dalla decontaminazione dei filtri?

SI NO

**3.1.4** Sono adottate **procedure** per l'esecuzione in sicurezza di manovre a rischio di contaminazione?

**a)** Sono rispettati i principi di Buona Prassi di Laboratorio (BPL) (allegato 4)?