PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 ANALIZZATORI DI CHIMICA CLINICA E N. 2 ANALIZZATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROETINE CARDIACHE PER LE U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA USL DI PARMA. CIG: 3798364D1E.

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:

"Si richiede se il middleware per la gestione della strumentazione di biochimica in grado di gestire validazione, CQ e archivio storico sia da fornire per entrambi i Presidi Ospedalieri o solo per il Presidio Ospedaliero di Fidenza".

Risposta:

Il middleware richiesto è da intendersi per entrambe le U.O. di Patologia Clinica di Fidenza e Borgotaro.

Quesito n. 2:

"Al fine di calcolare correttamente il numero di test aggiuntivi da offrire per l'esecuzione dei controlli di qualità ed essendo riportate nel Capitolato Speciale due differenti indicazioni (pag. 2/13 : 2 controlli per tutti i livelli per ogni analita in gara - pag. 5/13 : almeno un controllo/die su un livello su ogni parametro richiesto su cinque giorni/settimana), si richiede quale delle due richieste debba essere presa in considerazione.".

Risposta:

Vale l'indicazione a pag. 2/13 del capitolato speciale di gara , ossia n. 2 controlli per tutti i livelli per ogni analita in gara (n. 1 inizio seduta e n. 1 durante la seduta analitica per tutti i giorni).

Dott. Mario REBOLI 10/09/12