



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Milli

Prot. n. 67132/EL.
Parma, - 3 AGO. 2011

Spett.le Ditta

Fax

OGGETTO: Chiarimenti lotti 12 e 13 procedura ristretta fornitura n. 35 lotti deflussori, sacche, rampe rubinetti prolungha uso sanitario Unione d'acquisto Aziende AVEN Codice CIG gara 604506.

A seguito di quesiti inoltrati da Ditte partecipanti alla gara in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti

LOTTO 12 E 13

Quesito

“Che cosa si intende per "il numero di connessioni consentite per ciascuno di tali dispositivi non deve essere inferiore a 100"? Questa caratteristica è richiesta per i dispositivi dei lotti 12 e 13. E' un errore? “

Risposta

“si intende il numero di accessi alla prolunga attraverso il dispositivo in questione (valvola meccanica o split septum). Ogni dispositivo deve garantire la perfetta tenuta per almeno 100 manovre di accesso, ciascuna composta da una connessione ed una sconnessione, mediante ad esempio il cono di una siringa. “

“Pertanto non si tratta di un errore ma di una caratteristica tecnica richiesta”

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Milli