



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Milli

Prot. n. 69244/E.L.

Parma, 10 AGO. 2011

Spett.le Ditta

Fax

OGGETTO: Chiarimenti lotti 1, 6, 8, 9, 12 e 13 procedura ristretta fornitura n. 35 lotti deflussori, sacche, rampe rubinetti prolunghe uso sanitario Unione d'acquisto Aziende AVEN Codice CIG gara 604506.

A seguito di quesiti inoltrati da Ditte partecipanti alla gara in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti

LOTTO 1

Quesito

“Lotto 1 (e successivi) Il luer lock girevole è richiesto preferibilmente o a pena di esclusione?”

Risposta

“L’offerta di un deflussore con terminale luer lock non girevole non è motivo di esclusione”

LOTTO 6

Quesito

“Deflussori per soluzioni fotosensibili: Il materiale plastico oltre ad essere oscurato deve essere privo di ftalati?”

Risposta

“Non è richiesta l’assenza di ftalati nei deflussori per soluzioni fotosensibili”

LOTTO 8

Quesito

“Deflussore per irrigazione urologica: si prega di specificare che regolatore richiedete dopo la camera di gocciolamento”

Risposta

“Per il regolatore a valle della camera di gocciolamento è prevista la valutazione della funzionalità, con una attribuzione fino a 20 punti di qualità. Molto spesso la regolazione del flusso è ottenuta attraverso un regolatore provvisto di rotella”

LOTTO 9

Quesito

“Deflussore per irrigazione artroscopica a due vie: è richiesto un connettore terminale luer lock girevole o cono catetere? In quanto nel titolo del lotto è richiesto l’uno o l’altro mentre nella descrizione sono richiesti entrambi”

Risposta

“La Ditta deve disporre di entrambi i modelli di deflussore, sia quindi con terminale luer lock che cono catetere”

LOTTI 12 - 13

Quesito

“Prolunga a due vie e tre vie con dispositivi di accesso senza ago: che diametro deve avere il tubo?”

Risposta

“ La caratteristica del “basso spazio morto” che il dispositivo deve possedere è soddisfatta in presenza di tubi con diametro interno ridotto. I prodotti presenti sul mercato e dichiarati in possesso di “basso spazio morto” hanno un diametro interno max di 1,5 mm circa”

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Milli

