



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Milli

Prot. n. 57397/E.L.
Parma, 4 LUG. 2011

Spett.le Ditta

Fax

OGGETTO: Chiarimenti lotti 3,27, 28 procedura ristretta fornitura n.35 lotti deflussori, sacche, rampe rubinetti prolunghe uso sanitario Unione d'acquisto Aziende AVEN Codice CIG gara 604506.

A seguito di quesiti inoltrati da Ditte partecipanti alla gara in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti

LOTTO 3

Quesito

“si parla di “ulteriore raccordo ad Y”. Il punto di infusione ad Y richiesto deve essere aggiuntivo ad un altro punto di infusione (parabarilotto) oppure trattasi di tradizionale deflussore avente il punto di infusione ad Y invece del parabarilotto?”

Risposta

“il punto di infusione ad Y deve ritenersi aggiuntivo al parabarilotto e non alternativo a quest'ultimo”

LOTTO 27

Quesito

“ Si chiede di confermare il diametro della prolunga in PVC come 1,5 x 4,1 in quanto solitamente questi dispositivi hanno diametro 2,5 x 4,1 mm

Risposta

Si comunica che per mero errore materiale è stato erroneamente indicato diametro 1,5 x 4,1 mentre il diametro deve essere 2,5 x 4,1

LOTTO 28

Quesito

“Non si evince il diametro della prolunga che deve essere collegata alla rampa”

Risposta

“l'idoneità della prolunga può essere ugualmente soddisfatta sia con un diametro interno da 2,5 che da 3 mm”.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Marina Milli