

CHIARIMENTI

Gara a procedura ristretta per la fornitura in service di trattamenti dialitici extracorporei comprensiva della gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini presso i Centri dialisi dell'Azienda Usl di Parma (codice CIG 5805470964).

1) Domanda:

Visto le esigenze cliniche sottese negli elementi preferenziali espressi, nel Bando di Gara "Capitolato speciale Fornitura in Service di trattamenti dialitici extracorporei comprensiva della gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini presso i Centri dialisi dell'Azienda Usl di Parma", e più specificatamente ai criteri di valutazione voce "f Migliorie", fa presupporre che l'offerente debba offrire una pluralità di terapie per meglio soddisfare la più ampia necessità clinica.

Si richiede pertanto se nell'ambito delle migliori sia possibile offrire un secondo sistema dialitico in grado di ampliare il panorama terapeutico e quindi la prescrizione dialitica.

La richiesta di cui sopra è anche orientata a garantire con almeno una seconda apparecchiatura in tutela di eventi imprevedibili, naturali e non (quali ad esempio il recente terremoto in Emilia Romagna o altre problematiche naturali), che metterebbero a rischio la capacità di erogare un trattamento salvavita quale è la dialisi, qualora vi sia una sola apparecchiatura e relativa fornitura, proveniente da un solo fornitore.

Risposta:

Si precisa che, come stabilito all'art. 5 del capitolato speciale pubblicato sul sito dell'Azienda Usl di Parma, la ditta aggiudicataria deve fornire identiche apparecchiature dialitiche per l'esecuzione dei trattamenti dialitici richiesti per tutti i Centri dialisi aziendali e non è prevista la possibilità di offrire apparecchiature di tipo diverso.

Pertanto le migliori che favoriscano la sicurezza/efficienza/qualità del trattamento previste alla lett. f della lettera d'invito alla voce "Criteri di valutazione", non derogano al principio dell'unicità dell'apparecchiatura richiesta.