



In merito al capitolato speciale e alla lettera di invito per la procedura ristretta per la fornitura in service di trattamenti dialitici extracorporei comprensiva della gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini presso i Centri Dialisi dell'Azienda Usl di Parma (CIG 5805470964) si precisa quanto segue.

- A) Come già specificato nel capitolato speciale, tutte le caratteristiche minime indispensabili vanno intese e interpretate in coerenza con quanto previsto dall'art.68 del D.Lgs n.163/2006. Pertanto, a titolo esemplificativo, la caratteristica per le apparecchiature indicata al punto 9. del capitolato speciale "*dotazione di apposito sistema di controllo per la valutazione del KT/V con il metodo della dialysance ionica*" deve essere interpretata nel senso che le Ditte concorrenti possono presentare metodo alternativo alla dialysance ionica e provare che la soluzione proposta ottemperi in maniera equivalente al requisito richiesto, equivalenza che verrà valutata dalla Commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte.
- B) Per la caratteristica indispensabile per le apparecchiature indicata al punto 11 del capitolato speciale e per il correlato punto i) relativo all'attribuzione dei punti riservati alla qualità della lettera di invito, si chiarisce che il *monitoraggio del ricircolo dell'accesso vascolare* del punto 11, non ponendo limitazioni in merito alle modalità di monitoraggio, è da intendersi sia col sistema diretto che indiretto, mentre il punteggio di cui al punto i) della lettera di invito è riferito all'utilizzo del metodo diretto.
- C) Per quanto riguarda i punti j) e k) della lettera di invito relativi al punteggio riservato alla qualità si precisa che:
- per il punto j) per il numero di stadi uguali o inferiori a 2 verranno attribuiti punti 0
 - per il punto k) per il numero di stadi uguali o inferiori a 3 verranno attribuiti punti 0