

1.

ART.3) Oggetto

lotto1 e lotto2 prevedono:

-utilizzo del RIS-PACS di AOPR: è confermato che dovranno essere utilizzati i RIS PACS di AOPR ?

Confermato

2.

La fornitura di 1/2 wks: l'ideale sarebbe che le wks venissero configurate con le policy di AOPR, da collocare nella rete AOPR presente in DRP, all'interno del dominio aziendale AOPR; è possibile ?

Sarà confermato in fase esecutiva e questa indicazione sarà utile anche per la definizione della banda necessaria della connessione di rete (aggiudicataria - AOU) a carico dell'aggiudicataria.

3.

Robot CD: occorre stabilire lo standard delle etichette di AOPR

Verrà eventualmente data indicazione in tal senso

4.

Nel lotto2 è previsto che un radiologo DRP utilizzi la wks di AOPR all'interno del dominio AOPR per poter refertare sul sistema di AOPR: è corretto? se sì andranno create le utenze dei radiologi DRP all'interno del dominio AOPR.

Verranno fornire le dovute credenziali di accesso nel rispetto della normativa vigente. In tal senso l'aggiudicataria dovrà comunicare al dipartimento risorse umane i nominativi dei professionisti coinvolti al fine della registrazione negli archivi aziendali

5.

ART.12) Requisiti tecnologici per la produzione e conservazione dei dati non strumentali occorre chiarire cosa si intende con dati non strumentali:

se si intendono le copie cartacee dei referti e la stampa dei CD allora possiamo analizzare unicamente l'hardware e il software impiegati dai robot CD, i quali ricevono le code di stampa degli esami da masterizzare e ne cancellano progressivamente il dato.

Di fatto il dato non viene custodito nel sistema informatico DRP perché risulta essenzialmente memorizzato all'interno del sistema informatico di AOPR.

Si conferma che i dati relativi alla strumentazione diagnostica saranno conservati unicamente dal RIS/PACS di AOPR.