

**PROCEDURA RISTRETTA IN AVEN PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
PER GINECOLOGIA, OSTETRICIA E PROCREAZIONE ASSISTITA**

LOTTO 1		
KIT PER PRELIEVO ENDOMETRIALE CITO-ISTOLOGICO ASPIRATO SENZA ANESTESIA (METODO VABRA)		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
cannula dritta tipo Karman	SI []	NO []
diametro mm 3 - 4 - 5	SI []	NO []
lunghezza cm 20-25	SI []	NO []
estremità prossimale provvista di raccordo luer da collegare ad un deviatore di flusso, a sua volta provvisto di raccordo per aspiratore	SI []	NO []
provetta raccoglitrice con tappo ed etichetta da collegare al deviatore di flusso	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		
gamma di misure disponibili:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 2		
KIT PER ASPIRAZIONE ENDOMETRIALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
cannula dritta semirigida tipo Karman	SI []	NO []
diametro mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8	SI []	NO []
lunghezza cm 18-21	SI []	NO []
provvista di raccordo conico per siringa	SI []	NO []
siringa autobloccante 50-60 ml cono catetere	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		
gamma di misure disponibili:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 3		
CANNULA RIGIDA RETTA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA E TUBO PER ISTEROSUZIONE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
a): Cannula		
cannula rigida retta per aspirazione uterina	SI []	NO []
diametro interno da mm da 7 a 12	SI []	NO []
idoneo materiale plastico trasparente atossico	SI []	NO []
punta atraumatica a becco di flauto	SI []	NO []
raccordo universale per isterosuttore	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
b) tubo di raccordo per isterosuttore		
manipolo rotante e sistema di regolazione aspirazione	SI []	NO []
raccordo universale per isterosuttore e cannula	SI []	NO []
lunghezza cm 200 circa	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 4		
CANNULA SEMIRIGIDA RETTA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA E TUBO PER ISTEROSUZIONE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
A) Cannula		
cannula semirigida retta per aspirazione uterina tipo Karman	SI []	NO []
diametro interno da 5 a 12 mm.	SI []	NO []
lunghezza 24 cm. Circa		
idoneo materiale plastico trasparente atossico	SI []	NO []
punta smussa tonda chiusa	SI []	NO []
cannula con 2 fori laterali distali contrapposti		
raccordo universale per isterosuttore	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
b) tubo per isterosuttore		
manipolo rotante e sistema di regolazione aspirazione	SI []	NO []
raccordo per isterosuttore e cannula	SI []	NO []
lunghezza cm 200 circa	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 5		
SPCULUM VAGINALE CON BLOCCAGGIO A PERNO CENTRALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
sistema di bloccaggio a perno centrale	SI []	NO []
idoneo materiale plastico trasparente atossico	SI []	NO []
profilo completamente anatomico		
atraumaticità	SI []	NO []
resistenza e affidabilità	SI []	NO []
gamma misure richieste: piccola, media, grande	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 6		
SPECULUM VAGINALE CON BLOCCAGGIO A VITE LATERALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
sistema di bloccaggio a vite laterale	SI []	NO []
idoneo materiale plastico, atossico, trasparente	SI []	NO []
profilo completamente anatomico	SI []	NO []
atraumaticità	SI []	NO []
gamma misure richieste: piccola, media, grande	SI []	NO []
confezione singola, sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 7		
SPECULUM CON RACCORDO PER ASPIRAZIONE FUMI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
a) speculum con sistema di bloccaggio a perno centrale	SI []	NO []
raccordo per aspirazione fumi compatibile con tubi di diametro da 5,5 a 10 mm	SI []	NO []
idoneo materiale plastico, atossico, trasparente	SI []	NO []
profilo completamente anatomico	SI []	NO []
massima atraumaticità	SI []	NO []
resistenza e affidabilità	SI []	NO []
misure richieste: media e grande	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		
b) tubo spiralato in materiale plastico		
connettore per raccordo aspirazione fumi sullo speculum	SI []	NO []
connettore per aspiratore	SI []	NO []
lunghezza 200 cm. Circa	SI []	NO []
sterile o non sterile (clinicamente pulito)	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 8		
SPATOLA DI AYRE STERILE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
spatola in legno o altro materiale idoneo (specificare)	SI []	NO []
lunghezza 18 cm. Circa		
bordo liscio e arrotondato	SI []	NO []
massima atraumaticità	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 9		
SPAZZOLINO PER PRELIEVO ENDOCERVICALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
spazzolino composto da setole in nylon trattate da avvolgimento in metallo, fissato su stelo in plastica	SI []	NO []
forma conica	SI []	NO []
atraumatico	SI []	NO []
materiale anallergico	SI []	NO []
lunghezza cm 20 circa	SI []	NO []
sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 10		
ISTEROMETRO MONOUSO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
centimetrato	SI []	NO []
tipo curvo	SI []	NO []
lunghezza cm 25 circa	SI []	NO []
flessibile	SI []	NO []
punta atraumatica e forma leggermente conica	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 11		
CATETERE UTERINO PER ISTEROSALPINGOGRAFIA C/MANDRINO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
catetere due lumi rigido	SI []	NO []
centimetrato	SI []	NO []
parte distale con palloncino	SI []	NO []
misure fr. 6 circa	SI []	NO []
raccordo luer lock per siringa gonfiaggio palloncino	SI []	NO []
raccordo per iniezione liquido di contrasto, con clamp	SI []	NO []
siringa gonfiaggio palloncino	SI []	NO []
latex free	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 12		
INIETTORE UTERINO PER ISTEROSALPINGOGRAFIA E SONOISTEROGRAFIA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
catetere radiopaco a due lumi centimetrato con palloncino distale	SI []	NO []
diametro 6 Fr. Circa	SI []	NO []
stiletto interno malleabile, con memoria di forma	SI []	NO []
raccordo luer lock per siringa gonfiaggio palloncino con rubinetto	SI []	NO []
raccordo per iniezione liquido di contrasto	SI []	NO []
siringa gonfiaggio palloncino	SI []	NO []
latex free		
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 13		
AGO PER ANESTESIA PARACERVICALE UTERINA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
ago 30G in acciaio atraumatico con cappuccio di protezione	SI []	NO []
prolunga in materiale plastico con raccordo luer lock	SI []	NO []
lunghezza totale del dispositivo 19 cm. Circa	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 14		
DISPOSITIVO PER BLOCCO PARACERVICALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
ago 20G con sfera di protezione	SI []	NO []
meccanismo a scatto per la liberazione sicura della punta dell'ago	SI []	NO []
prolunga per connessione luer lock con siringa	SI []	NO []
latex free	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 15		
FISSATORE PER CITOLOGIA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
flacone con erogatore spray, non pressurizzato, 150-200 ml. Circa	SI ☐	NO ☐
privo di propellenti dannosi per ozono	SI ☐	NO ☐
idoneo per il fissaggio e la conservazione su vetrino del prelievo citologico	SI ☐	NO ☐

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 16		
PESSARI IN SILICONE PER LA CORREZIONE DEL PROLASSO UTERINO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
anello in silicone di grado medicale	SI []	NO []
misure da mm 53 circa a 95 mm.	SI []	NO []
monouso	SI []	NO []
imbustati singolarmente	SI []	NO []

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 17		
ELETTRODI MONOUSO PER LA CONIZZAZIONE DELLA PORTIO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
filo metallico di elevata resistenza	SI []	NO []
stelo lunghezza 13 cm. circa, diam. 2,4 mm. circa, adeguatamente isolato	SI []	NO []
forma ad ansa radiale	SI []	NO []
larghezze disponibili: 10, 20 e 25 mm.	SI []	NO []
connettore maschio standard per elettrobisturi	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 18		
SPIRALE INTRA UTERINA (IUD)		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
supporto plastico	SI []	NO []
filamento in rame	SI []	NO []
alta resistenza ed elasticità	SI []	NO []
filo estrattore	SI []	NO []
misure varie	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 19		
KIT PER INTRODUZIONE/RIMOZIONE IUD		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
kit sterile composto da:	SI []	NO []
n. 1 isterometro	SI []	NO []
n. 1 tirapalle in plastica monouso	SI []	NO []
n. 1 pinza Kelly in idoneo materiale plastico	SI []	NO []
n. 1 forbice lunga in idoneo materiale plastico	SI []	NO []
confezione monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 20		
GUAINA COPRISONDA PER ECOGRAFIA TRANSVAGINALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
perfetta aderenza alla sonda ecografica transvaginale	SI []	NO []
compatibilità con maggior parte sonde ecografiche in commercio comprese quelle con impugnatura allargata	SI []	NO []
pregellata	SI []	NO []
in pliuretano	SI []	NO []
confezione singola monouso, non sterile, clinicamente pulita	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 21		
GUAINA COPRISONDA CON COPERTURA CAVO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
Guaina copertura trasduttore ad ultrasuoni in PUR	SI []	NO []
3X30cm. circa	SI []	NO []
completa copertura cavo 15X230 circa	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
sterilizzazione diversa da ossido di etilene	SI []	NO []

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 22		
CATETERE A PALLONCINO CON DOPPIO TUBO PER CONTROLLO SANGUINAMENTO VAGINALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
catetere a palloncino per uso vaginale, sistema con doppio tubo, valvola e pallone, in materiale idoneo, per controllo e/o riduzione dell'emorragia vaginale	SI ☐	NO ☐
a) capacità max palloncino circa ml. 500 (uso ostetrico)	SI ☐	NO ☐
confezione singola monouso sterile	SI ☐	NO ☐
b) capacità max palloncino circa ml. 250 (uso ginecologico)	SI ☐	NO ☐
confezione singola monouso sterile	SI ☐	NO ☐
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 23		
DISPOSITIVO A PALLONCINI PER MATURAZIONE CERVICALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
catetere in silicone a due vie, provvisto di due palloncini distali	SI ☐	NO ☐
volume palloncini 80 ml. circa cad.	SI ☐	NO ☐
misure varie: ch 18, lunghezza 40 cm. circa	SI ☐	NO ☐
latex free	SI ☐	NO ☐
confezione singola sterile	SI ☐	NO ☐
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 24		
PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
idoneo materiale plastico	SI []	NO []
atossico	SI []	NO []
lunghezza cm 25 circa	SI []	NO []
provvisto di uncino atraumatico	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 25		
AGHI PER AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
per prelievo liquido amniotico e/o prelievo transaddominale	SI []	NO []
punta Chiba modificata	SI []	NO []
mandrino provvisto di eco marcatura	SI []	NO []
codice colore internazionale	SI []	NO []
misure G 19 - 20 - 21 - 22, diverse lunghezze	SI []	NO []
cannula centimetrata provvista di fermo scorrevole per individuazione della profondità di inserimento	SI []	NO []
raccordo luer lock per connessione a siringa	SI []	NO []
sterilizzazione a raggi beta o gamma	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 26		
SET PER VILLOCENTESI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
per prelievo villi coriali con tecnica a doppio ago	SI []	NO []
costituito da due aghi coassiali	SI []	NO []
punta Chiba a doppia affilatura	SI []	NO []
fermo di profondità, centimetratura e marker esogeno	SI []	NO []
aghi con attacco L/L e impugnatura trasparente	SI []	NO []
differenza di lunghezza fra i due aghi non inferiore a 30 mm.	SI []	NO []
misure richieste per l'ago da prelievo: 20G X 150 mm. circa e 20G X 200 mm. circa	SI []	NO []
sterilizzazione a raggi beta o gamma	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 27		
DISPOSITIVO PER PARTO VUOTO ASSISTITO CON VENTOSA RIGIDA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
micropompa manuale per il vuoto con indicatore visivo	SI []	NO []
valvola rilascio vuoto	SI []	NO []
ventosa monouso in materiale plastico rigido	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 28		
DISPOSITIVO PER PARTO VUOTO ASSISTITO CON VENTOSA MORBIDA E FLESSIBILE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
micropompa manuale per il vuoto con indicatore visivo	SI []	NO []
valvola rilascio vuoto	SI []	NO []
ventosa monouso in materiale plastico, morbido e flessibile	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 29		
CATETERE A PALLONCINO PER CONTROLLO SANGUINAMENTO POST-PARTUM		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
catetere a palloncino Bakri, BT-Cath o equivalente	SI []	NO []
sistema di riempimento facilitato dal palloncino	SI []	NO []
latex fee	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 30		
CATETERE A PERMANENZA PER DISTENSIONE IDROSTATICA VESCICALE E TAMPONAMENTO POST-PARTUM		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
catetere vescicale a permanenza a due vie	SI []	NO []
in lattice siliconato	SI []	NO []
raccordo L/L per siringhe	SI []	NO []
palloncino di capacità idonea all'uso	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 31		
SACCHE STERILI PER RACCOLTA EMATICA POST PARTUM		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
materiale plastico medical grade morbido	SI []	NO []
trasparente	SI []	NO []
capacità ml 2000 circa	SI []	NO []
priva di cuciture	SI []	NO []
coda imbutiforme graduata	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 32		
BRACCIALI IDENTIFICAZIONE MAMMA NEONATO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
materiale termo plastico atossico	SI []	NO []
latex free	SI []	NO []
stampati numerati e personalizzati con le Aziende aderenti AVEN	SI []	NO []
conformi alle caratteristiche previste nelle "Linee Guida sulle modalità di identificazione del neonato al momento della nascita" G.U. 23/01/2002	SI []	NO []
profilo liscio e arrotondato, atraumatico	SI []	NO []
dimensioni differenziate per madre e neonato, provvisti di spazio scrivibile	SI []	NO []
numerazione progressiva a caratteri ben leggibili e indelebili	SI []	NO []
dotati di clip di chiusura irreversibile, priva di parti metalliche	SI []	NO []
confezionati a coppie (mamma/neonato)	SI []	NO []
non sterili clinicamente puliti	SI []	NO []
disponibilità a fornire, in aggiunta, n. 5 etichette adesive riportanti impressa in forma indelebile la numerazione progressiva identificativa dei bracciali agli estremi dell'U.O.	SI []	NO []

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 33		
CLAMP PER CORDONE OMBELICALE E TRONCHESINO		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
a) clamp provvista di chiusura irreversibile	SI []	NO []
materiale atossico	SI []	NO []
latex free	SI []	NO []
confezione singola, monouso sterile	SI []	NO []
b) tronchesino non sterile, riutilizzabile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 34		
MASCHERINE PROTETTIVE PER FOTOTERAPIA NEONATALE		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
strato di cotone a contatto con la cute del neonato	SI []	NO []
con filtro idoneo ad impedire la penetrazione dei raggi UV	SI []	NO []
varie misure	SI []	NO []
latex free	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 35		
CANNULA PER INSEMINAZIONE INTRAUTERINA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
cannula semirigida, malleabile, con memoria di forma, punta chiusa	SI []	NO []
provvista di due fori distali contrapposti	SI []	NO []
lunghezza 18-20 cm. circa	SI []	NO []
sterilizzazione a raggi beta o gamma	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 36		
CATETERI PER TRASFERIMENTO EMBRIONI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
a) set trasferimento embrioni costituito da catetere guida esterno e catetere di trasferimento embrioni		
catetere guida esterno lunghezza 16 cm. circa, diametro 6-8 Fr.	SI []	NO []
parte prossimale con rinforzo, allargata e parte distale sottile	SI []	NO []
memoria di posizione	SI []	NO []
impugnatura anatomica	SI []	NO []
puntata a bulbo atraumatica	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
catetere di trasferimento embrioni con microvolume, lunghezza 23 cm. circa, diametro 4,4 Fr. circa	SI []	NO []
parte prossimale con rinforzo	SI []	NO []
punta distale morbida di circa 4-5 cm.	SI []	NO []
markers visibili posti a distanza di 1 cm. uno dall'altro	SI []	NO []
confezione singola sterile		
b) otturatori malleabili da utilizzarsi in caso di transfer difficili		
perfetta compatibilità con i cateteri di trasferimento embrioni previsti nella precedente lett. a) di questo lotto	SI []	NO []
punta distale morbida con almeno 3 marker visibili ad un centimetro di distanza uno dall'altro	SI []	NO []
impugnatura prossimale in plastica di forma anatomica	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 37		
SIRINGA PER TRASFERIMENTO EMBRIONI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
siringa da 1 ml. Senza ago, atossica, latex free	SI []	NO []
espulsione efficace dell'intero volume aspirato con il catetere	SI []	NO []
connessione affidabile al catetere di trasferimento embrionale	SI []	NO []
testata MEA e LAL	SI []	NO []
confezione singola monouso sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 38		
SET PER PRELIEVO OVOCITI CON AGO A DOPPIO LUME		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
ago in acciaio inox disponibile nei diametri 16-17 G	SI []	NO []
lunghezza ago cm 30 - 35 a doppio lume	SI []	NO []
punta eco/riflettente con affilatura atraumatica	SI []	NO []
linea di connessione e raccordo per pompa tra ago e tappo adattabile a provette tipo FALCON 2001	SI []	NO []
raccordo per pompa di aspirazione e cannula per lavaggio	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 39		
SET PER PRELIEVO OVOCITI CON AGO MONOLUME		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
ago in acciaio inox disponibile nei diametri 16-17 G	SI []	NO []
lunghezza ago cm 30 - 35 monolume	SI []	NO []
punta eco/riflettente con affilatura atraumatica	SI []	NO []
linea per pompa di aspirazione raccordata con tappo adattabile a provette tipo FALCON 2001	SI []	NO []
linea di aspirazione interposta fra ago e tappo per provetta	SI []	NO []
confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 40		
CAPILLARI PER TECNICHE DI MICROMANIPOLAZIONE GAMETI UMANI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
puntale in policarbonato flessibile monousoper pipette tipo FLEXIPET/STRIPPER	SI []	NO []
confezione multipla sterile di massimo 20 pezzi	SI []	NO []
testati su embrione di topo, esenti da endotossine	SI []	NO []
massima resistenza e affidabilità	SI []	NO []
massima efficacia nella fase di aspirazione e espulsione del liquido/cellule aspirati	SI []	NO []
diverse misure: diametri di circa 130-150-170 e 270 micron	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 41		
PIPETTE STERILI IN VETRO PER TECNICHE DI MICROMANIPOLAZIONE GAMETI		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
a) pipette Pasteur sterili in vetro con filtro		
lunghezza 23 cm. circa	SI []	NO []
massimo 20 pezzi per confezione unitaria	SI []	NO []
testati su embrione di topo, esenti da endotossine	SI []	NO []
b) pipette Pasteur in vetro con filtro	SI []	NO []
lunghezza 15 cm. circa	SI []	NO []
massimo 20 pezzi per confezione unitaria	SI []	NO []
testati su embrione di topo, esenti da endotossine	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA

LOTTO 42		
PIPETTE PER TECNICHE DI MICROMANIPOLAZIONE EMBRIONI, OVOCITI E GAMETI E PER LA DECUMULAZIONE DI OVOCITI IN PROCEDURE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA		
<u>DITTA FORNITRICE:</u>		
CND		
RDM		
CODICE PRODOTTO FORNITORE		
pipette per la manipolazione di embrioni, ovociti e gameti e per la decumulazione di ovociti		
bulbo in silicone	SI []	NO []
capillare in policarbonato flessibile di circa 140 micron di diametro	SI []	NO []
testati su embrione di topo, esenti da endotossine	SI []	NO []
monouso, in confezione singola sterile	SI []	NO []
metodo di sterilizzazione:		

TIMBRO E FIRMA