



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Servizio Acquisizione Beni

Il Direttore del Servizio

OGGETTO: Risposta a chiarimenti gara a procedura ristretta per la fornitura in n. 42 lotti di dispositivi medici per ginecologia, ostetricia e procreazione assistita, occorrenti all'Unità Logistica Centralizzata dell'Unione d'acquisto delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN) – Azienda capofila Azienda Usl di Parma. Numero gara 6588501. Codici CIG Quadro vari.

A seguito di richiesta di chiarimenti presentata da Ditta partecipante alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

Domanda 1

In relazione alla procedura ristretta per la fornitura in n. 42 lotti di dispositivi medici per ginecologia, ostetricia e procreazione assistita, occorrenti all'Unità Logistica Centralizzata dell'Unione d'Acquisto delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN) si richiedono i seguenti chiarimenti:

Lotto 11 e Lotto 12 – Per entrambi viene richiesto misura 6 FR circa. E' possibile partecipare con 5 e 7 French?

Risposta

La risposta è affermativa.

Domanda 2

Lotto 11 – Viene richiesto semirigido con mandrino. Solitamente il mandrino viene richiesto a parte, non come accessorio. E' possibile suddividere il lotto per il catetere semirigido e per il mandrino?

Risposta

Il lotto non può essere suddiviso, tuttavia il mandrino potrà essere presentato nella confezione, non necessariamente inserito nel catetere.

Domanda 3

Lotto 25 e Lotto 26 – Viene richiesta per entrambi i lotti la sterilizzazione a Raggi Beta o Gamma. Si chiede di ammettere anche la sterilizzazione ad Ossido di etilene essendo la sterilizzazione più comune in commercio per questa tipologia di aghi.

Risposta

Si conferma la sterilizzazione a raggi Beta o Gamma.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Silvia Orzi