



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Dipartimento Interaziendale Tecnico e
Logistica**

Servizio Acquisizione Beni

OGGETTO: Risposta a chiarimenti gara a procedura ristretta per la fornitura in n. 42 lotti di dispositivi medici per ginecologia, ostetricia e procreazione assistita, occorrenti all'Unità Logistica Centralizzata dell'Unione d'acquisto delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN) – Azienda capofila Azienda Usl di Parma. Numero gara 6588501. Codici CIG Quadro vari.

A seguito di richiesta di chiarimenti presentata da Ditta partecipante alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

Domanda 1

In merito alla fornitura di cui al lotto 21: Guaina coprisonda con copertura cavo, il Capitolato Speciale d'appalto richiede Guaina copertura trasduttore ad ultrasuoni in PUR:

- 3X30 cm. circa;
- completa di copertura cavo 15X230 circa;
- confezione singola monouso sterile;
- sterilizzazione diversa da ossido di etilene.

Ciò detto, con la presente, si richiede la possibilità di fornire, in alternativa alla Guaina copertura trasduttore ad ultrasuoni in PUR, la Guaina copertura trasduttore ad ultrasuoni in **poliisoprene (latex free)**, trattasi di una formula innovativa frutto di un processo di produzione tecnologicamente avanzato, invero, la struttura molecolare del poliisoprene è tanto simile a quella del lattice da garantire la stessa identica resa, in termini di vestibilità e sensazione tattile, delle protezioni in lattice.

Risposta

E' ammessa la possibilità di presentare la guaina in poliisoprene in alternativa al PUR, ferma restando la sterilizzazione, che dovrà essere diversa da ETO.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Silvia Orzi
(documento f.to digitalmente)