



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Dipartimento Interaziendale Tecnico e  
Logistica**

**Servizio Acquisizione Beni**

**OGGETTO: Risposta a chiarimenti gara a procedura ristretta per la fornitura in n. 42 lotti di dispositivi medici per ginecologia, ostetricia e procreazione assistita, occorrenti all'Unità Logistica Centralizzata dell'Unione d'acquisto delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN) – Azienda capofila Azienda Usl di Parma. Numero gara 6588501. Codici CIG Quadro vari.**

A seguito di richiesta di chiarimenti presentata da Ditta partecipante alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

Domanda 1

Lotto 16: pessari in silicone.

Si chiede di voler cortesemente specificare la percentuale di tolleranza delle misure sia in eccesso che in difetto, in quanto nel Capitolato speciale viene indicato da circa mm. 53 a mm. 95.

Risposta

Si precisa che la percentuale di tolleranza è il 6%.

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Silvia Orzi  
(documento f.to digitalmente)