



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Dipartimento Interaziendale Tecnico e
Logistica**

Servizio Acquisizione Beni

OGGETTO: Risposta a chiarimenti gara a procedura ristretta per la fornitura in n. 42 lotti di dispositivi medici per ginecologia, ostetricia e procreazione assistita, occorrenti all'Unità Logistica Centralizzata dell'Unione d'acquisto delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN) – Azienda capofila Azienda Usl di Parma. Numero gara 6588501. Codici CIG Quadro vari.

A seguito di richiesta di chiarimenti presentata da Ditta partecipante alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

Domanda 1

Lotto 22: è possibile avere maggiori dettagli sulla descrizione tipo procedura esatta nella quale viene utilizzato diametro e lunghezza del catetere?

Risposta

La procedura di utilizzo non è disponibile.

Per entrambi i sub lotti il palloncino di tamponamento deve poter essere inserito nel canale vaginale attraverso uno stelo sufficientemente rigido. Il calibro del tubo di raccordo fra la valvola prossimale e il palloncino deve essere idoneo per consentire il gonfiaggio del palloncino stesso. La lunghezza del tubo non dovrà essere inferiore a 34 cm.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Silvia Orzi
(documento f.to digitalmente)