



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Servizio Acquisizione Beni e Servizi**  
Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Marina Milli

**OGGETTO: Risposta a chiarimenti gara a procedura ristretta per la fornitura in service di trattamenti dialitici extracorporei comprensiva della gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini presso i Centri dialisi dell'Azienda Usl di Parma. Codice CIG 5805470964.**

A seguito richiesta di chiarimenti presentata da Ditta partecipante alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

#### Domanda 1

Si chiede conferma che nel rispetto della pluralità terapeutica con ampia gamma di scelte e possibili soluzioni in funzione delle diverse esigenze terapeutiche del paziente, sia possibile offrire più modelli cumulativamente proposti, così come previsto per i dializzatori, anche per le linee ematiche, le soluzioni concentrate, i disinfettanti, etc.....all'interno della medesima tipologia di trattamento, purchè allo stesso prezzo (ossia con la presentazione di un'unica ed univoca offerta economica), in conformità ed in linea con la natura, la tipologia e la peculiarità dei beni oggetto della presente fornitura in appalto.

#### Risposta

Come stabilito all'art. 5 del Capitolato speciale la ditta aggiudicataria deve fornire identiche apparecchiature dialitiche per l'esecuzione dei trattamenti dialitici richiesti per tutti i Centri dialisi aziendali e non è prevista la possibilità di offrire apparecchiature di tipo diverso.

Per i materiali di consumo l'art.11 del Capitolato speciale indica le caratteristiche richieste dei materiali in oggetto e la Lettera di invito, alla voce Busta 2 "Documentazione tecnica" precisa alla lettera C) che per il materiale di consumo deve essere presentata "*Elencazione, per ciascuno dei due trattamenti dialisi richiesti, della gamma completa dei prodotti offerti*"

#### Domanda 2

Si chiedono delucidazioni su quali siano le connessioni standard disponibili tra il software dell'ospedale ed il fornitore esterno.

#### Risposta

Le modalità di integrazione (definite nella richiesta "connessioni standard") sono definite all'articolo 7 del capitolato. In particolare si riporta di seguito uno stralcio "*Se i software prevedono attività collegate ad identificativi aziendali (anagrafica, codice ricovero, richiesta, prenotazione, prestazioni) e trattano documenti e immagini, devono essere integrabili in formato hl7 - piped, hl7 - xml e Dicom*", che si intende esteso a tutte le integrazioni tra software dell'Azienda e fornitore esterno in quanto in tutte queste integrazioni vengono trattati identificativi aziendali, di cui l'elenco tra parentesi è ovviamente esemplificativo ma non esaustivo.

#### Domanda 3

A pag. 2 della lettera d'invito "Obbligatorietà del sopralluogo" è indicato: (omissis) il sopralluogo ha la finalità di verificare lo spazio in cui deve essere installata la strumentazione

richiesta (...). Si chiede conferma che con il termine “strumentazione” si faccia riferimento alle sole apparecchiature per dialisi.

#### Risposta

Come specificato nella lettera di invito, il sopralluogo ha la finalità di verificare, oltre i locali adibiti a magazzino dei materiali di consumo, lo spazio in cui deve essere installata la strumentazione richiesta oggetto del capitolato.

#### Domanda 4

Sul sito della Vostra spett. Azienda Usl è stato pubblicato il seguente chiarimento in fase di domanda di ammissione alla gara in oggetto indicata:

“Per la caratteristica indispensabile per le apparecchiature indicata al punto 11 del capitolato speciale e per il correlato punto i) relativo all’attribuzione dei punti riservati alla qualità della lettera di invito, si chiarisce che il *monitoraggio del ricircolo dell’accesso vascolare* del punto 11, non ponendo limitazioni in merito alle modalità di monitoraggio, è da intendersi sia col sistema diretto che indiretto, mentre il punteggio di cui al punto i) della lettera di invito è riferito all’utilizzo del metodo diretto.”

Facendo fede al principio dell’equivalenza, si chiede che in caso di sistema indiretto si tenga conto comunque di un punteggio che non sia uguale a 0 ma proporzionale alle caratteristiche del sistema equivalente offerto.

#### Risposta

Si conferma quanto stabilito nella lettera di invito, per cui all’assenza del requisito saranno attribuiti punti 0.

#### Domanda 5

A pag. 8 e seguenti della Lettera di invito alla voce “Criteri di aggiudicazione” e nel chiarimento alla voce C) pubblicato sul sito della Vostra spett. Azienda Usl sono indicati i criteri di aggiudicazione.

In riferimento al punto J citato nel capitolato e nei chiarimenti, si chiede conferma che per “stadi UF depirogenanti” si intendano gli ultrafiltri attivi sul circuito idraulico, anche in modalità BHD, allo scopo di produrre una soluzione di dialisi prima di arrivare al filtro di dialisi.

In considerazione della tecnologia attualmente sul mercato si chiede se il criterio di valutazione consideri almeno due stadi per ottenere il punteggio.

In riferimento al punto K citato nel capitolato e nei chiarimenti, si chiede conferma che per “stadi UF depirogenanti” si intendano gli ultrafiltri attivi sul circuito idraulico/infusionale, allo scopo di produrre una soluzione di sostituzione, prima di arrivare al punto di infusione per HDF.

#### Risposta

Per entrambi i punti si conferma che si intendono gli ultrafiltri attivi sul circuito, e si conferma quanto già specificato nelle “Precisioni alla lettera di invito e al capitolato” pubblicati sul sito dell’Azienda Usl e di seguito riportati:

*Per quanto riguarda i punti j) e k) della lettera di invito relativi al punteggio riservato alla qualità si precisa che:*

- per il punto j) per il numero di stadi uguali o inferiori a 2 verranno attribuiti punti 0
- per il punto k) per il numero di stadi uguali o inferiori a 3 verranno attribuiti punti 0

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Marina Milli

Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Marina Milli  
Tel 0521/393414 oppure 0521/393406

**Servizio Acquisizione Beni e Servizi**  
Via Spalato 2 - 43125 Parma PR  
T +39 0521393450  
mmilli@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**  
Strada del Quartiere 2/a - 43125 Parma PR  
T +39 0521393111 – F +39 0521282393  
C.F./P.IVA 01874230343