



**Direzione Generale
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore
Ing. Renato Maria Saviano

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELL’AZIENDA USL
DI PARMA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 66917563BE – RISPOSTA A
QUESITO 7.**

Facendo seguito a Vs. nota del 24/08/2016, assunta agli atti dell’Azienda con prot. n. 55304 del 25.08.2016, si trasmettono di seguito le risposte ai quesiti formulati.

QUESITO: In riferimento al capoverso dell’Articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, in cui si recita: “Il numero di apparecchiature effettivamente esistenti e da gestire presso le sedi aziendali risulti superiore o inferiore a quanto elencato nell’allegato A, sempre per il primo anno di vigenza del contratto, in quanto il corrispettivo erogato non subirà variazioni per i primi 12 mesi, fino al limite massimo di + o – il 20% (nel caso in cui la differenza fosse più elevata, si procederà ad un conguaglio in proporzione)”. Si chiede conferma che:

- a) Nei primi 12 mesi di vigenza del contratto, potrà essere effettuato il conguaglio del canone qualora il numero di apparecchiature elencate nell’Allegato A subisca variazioni eccedenti al limite (+ o -) del 20%. Il canone, pertanto, varierà in misura del valore eccedente il limite del (+ o -) 20%. A titolo esemplificativo: in presenza di una variazione del numero delle apparecchiature in misura (+ o -) del 25%, verrà effettuato un conguaglio del (+ o -) 5%, quindi pari alla sola eccedenza del predetto limite.
- b) Qualora dopo il primo anno di vigenza del contratto, le apparecchiature elencate nell’Allegato A subiscano variazioni, il canone verrà modificato secondo il criterio di cui al predetto punto 1). In caso contrario si chiede di conoscere l’eventuale diverso criterio da applicarsi.

RISPOSTA: si forniscono le seguenti 2 risposte specifiche:

- a) Sì.
- b) Il canone verrà calcolato in base alle apparecchiature effettivamente presenti, senza alcuna franchigia.

QUESITO: Si chiede di poter avere evidenza dei carichi di lavoro storici relativamente agli ultimi anni di attività. In particolare si chiede di conoscere il numero di attività di manutenzione correttiva, collaudi, verifiche di sicurezza, manutenzioni preventive e controlli funzionali eseguiti.

RISPOSTA: Le modalità di erogazione delle prestazioni relativamente al presente appalto sono sensibilmente variate rispetto alla situazione attuale e quindi i dati richiesti non sono significativi. In ogni caso, dovranno essere garantite le prestazioni previste analiticamente nel presente appalto, secondo le specifiche previste per ogni diversa tipologia elencata.

Distinti saluti.

documento firmato digitalmente
Per il Responsabile del Procedimento
(Ing. Renato Maria Saviano)
- Ing. Vincenzo Facchino -

Redatto da: TAGLIAVINI ROBERTA

Verificato da:

YUN/C:\Documents and Settings\Edeolmi\fp.users\edeolmi\temp\~7 RISPOSTA A QUESITI gara MANUTENZIONE ATTREZZATURE.doc

**Fascicolo
4.5.4-2/2016**

Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche
Via Spalato, 2 – 43125 Parma
T. + 39.0521 393414 - F. +39.0521286311
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343