



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Direzione Generale
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore
Ing. Renato Maria Saviano

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELL'AZIENDA USL DI PARMA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 66917563BE – RISPOSTA A QUESITO 3.

Si trasmette di seguito la risposta a quesito pervenuto:

QUESITO: si chiede se tutti i pezzi di ricambio necessari al ripristino del funzionamento delle apparecchiature di cui all'appalto in oggetto sono a carico dell'Azienda USL di Parma, in quanto ricompresi nel primo e nell'ultimo punto della sezione "ELENCO PARTI DI RICAMBIO" dell'allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto, oppure se sono a carico dell'Appaltatore e quindi ricompresi nel canone fisso posto a base di gara e soggetto a ribasso.

RISPOSTA: tutti i pezzi di ricambio necessari al ripristino del funzionamento delle apparecchiature di cui all'appalto in oggetto sono a carico dell'Appaltatore e quindi ricompresi nel canone fisso posto a base di gara e soggetto a ribasso. Nell'allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto sono riportate solo le eccezioni al principio generale di completa messa a carico dell'Appaltatore di tutti i pezzi di ricambio necessari al ripristino del funzionamento di tutte le apparecchiature. Viene di conseguenza modificata dalla data odierna la sezione "ELENCO PARTI DI RICAMBIO" dell'allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto che riportava per un errore di battitura il primo e l'ultimo punto di tale sezione (è stato quindi soppresso il primo e l'ultimo punto).

Di conseguenza la Sezione "ELENCO PARTI DI RICAMBIO" dell'allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto risulta così correttamente formulata:

ELENCO PARTI DI RICAMBIO

- Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi
- Sensori a dito per pulsossimetri non monouso
- Cavi per fisioterapia
- Bracciali per la misurazione di pressione non invasiva (e relativi tubi di connessione)
- Sonde per ecotomografia
- Manipoli per elettrobisturi / Piastre non monouso
- Testine termiche
- Pennini per elettrocardiografi, elettroencefalografi, ecc.
- Elettrodi, sonde e trasduttori in genere
- Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento

documento firmato digitalmente

**Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Renato Maria Saviano)**

Redatto da: Ing. Renato Maria Saviano

Verificato da:

mp/C:\Documents and Settings\mpederzini\fp.users\mpederzini\temp\~3 RISPOSTA A QUESITO.doc

**Fascicolo
4.5.4-2/2016**

Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche
Via Spalato, 2 – 43125 Parma
T. + 39.0521 393414 - F. +39.0521286311
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343