



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0009257
DATA: 10/02/2017
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti sterili da utilizzare presso l'ospedale di Vaio a Fidenza (PR) - CIG 6856857964 - QUESITO N. 7

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ermenegildo Deolmi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-08-07]

DOCUMENTI:

File	Hash
PG0009257_2017_Lettera_firmata:	F5FC2227E454BC2C72752FEB1DCA9135736B104C8566824070974E5CB7CE6853



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Logistica E Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti sterili da utilizzare presso l'ospedale di Vaio a Fidenza (PR) - CIG 6856857964 - QUESITO N. 7

DOMANDA:

al paragrafo 4.5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto - "stoccaggio di scorta di strumentario sterile" a pag.15 viene riportato che " la ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo stoccaggio di tali scorte, per le quali si deve prevedere una superficie minima di 15 mq., con attrezzature per il deposito delle stesse a carico della Ditta aggiudicataria".

In aggiunta al successivo paragrafo 4.6 - "Manutenzione" - a pag. 17, si specifica che "in sede di valutazione della qualità del servizio prestato, sarà valutata la disponibilità da parte di ciascuna Ditta concorrente di mettere a disposizione un magazzino-deposito di container e carrelli di scorta, nonché di spazi per lo stoccaggio di materiale non utilizzabile giornalmente (si tratta di materiale da sterilizzare in caso di utilizzo e per il quale dovrà essere definito uno spazio di almeno 15 mq.)"

Alla luce di quanto rappresentato nella planimetria dei nuovi locali pubblicata sul sito della Stazione Appaltante, "Centro di sterilizzazione ipotesi" in formato dwg, ove i locali per lo stoccaggio sia in area confezionamento che in area sterile misurano 5,2 mq. il primo e 5 mq il secondo, si chiede tuttavia conferma che tale richiesta di spazi di stoccaggio minimo di 15 mq. sia per le scorte di strumentario sterile che per il materiale da sterilizzare in caso di utilizzo, sia da considerarsi un refuso e che sia quindi possibile prevedere tali aree con dimensioni ridotte a circa 5 mq ciascuno.

RISPOSTA:

si precisa che i locali da prevedere sono n. 2 distinti e ciascuno di almeno 15 mq: il primo per stoccaggio di scorta di strumentario sterile ed il secondo relativo a magazzino-deposito di container e carrelli di scorta nonché di materiale non utilizzabile giornalmente, da sterilizzare in caso di utilizzo.

La planimetria è stata inserita solo a titolo indicativo come lay out di massima.

Firmato digitalmente da:

Ermenegildo Deolmi

Responsabile procedimento:
Ermenegildo Deolmi